

Declaración de Conformidad

Fabricante: TECFLUID S.A.
Narcís Monturiol, 33
E 08960 Sant Just Desvern

Equipo: Detector de nivel

Modelos: LD6X, LD6XN, LD6XR

Normas a las cuales se declara conformidad:

Directiva EMC 2004/108/CE

- | | |
|-------------------|---|
| EN 61000-6-3:2007 | Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera |
| EN 61000-3-2:2006 | Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase) |
| EN 61000-3-3:2008 | Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional |
| EN 61000-6-2:2005 | Inmunidad en entornos industriales |

Directiva LV 2006/95/CE

- | | |
|----------------|---|
| EN61010-1:2011 | Requisitos de seguridad para equipos de medida, control y uso de laboratorio. Parte 1 : Requisitos generales. |
|----------------|---|

Yo, el abajo firmante, declaro que los equipos expuestos en este documento son conformes con los requisitos esenciales de las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

En Sant Just Desvern
Fecha: 5 de Agosto de 2015



Esteve Cusido (responsable I+D)